aclara					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	20/02/2019	Creación del documento	Líder SIG	Líder SIG	Director
02	01/12/2020	Cambio de logo y estructura documento	Líder SIG	Director	Director
03	14/12/2022	Se incluyen logos de ICONTEC –SGS	Líder SIG	Director	Director
04	06/08/2024	Cambio de logo	Profesional Calidad	Director	Director

ELIZABETH JAIMES
Inspector de Tránsito
Instituto de Tránsito y Transporte INTRASOG
25/11/2025

Asunto: Informe Orden de Comparendo No. 53689967 por Infracción F

Inspector cordial saludo, me comunico en esta ocasión para poner en conocimiento del procedimiento realizado al vehículo de placas **CXK418** conducido por el sr **EDER LEANDRO ALARCON TORRES** identificado con cedula de ciudadanía número **1002739944**. Me encontraba en puesto de control por orden de servicio con enfoque de control de alcoholimetrías, en la carrera 20 calle 14 se aborda dicho vehículo y se identifica al conductor plenamente, por el aliento alcohólico del Sr. Alarco se le brinda plenas garantías según la sentencia C 633 y se le realiza prueba de tamizaje la cual arroja un resultado positivo, el conductor accede a la realización de la prueba, previamente se realiza fase pre analítica con número de consecutivo 7117 y blanco esperado con el alcohosensor Intoximeters VXL 020397. En cuanto a la fase analítica, el resultado es conforme con medición #1 = 42 mg/100 ml consecutivo 7268 y medición #2 = 44 mg/100 m consecutivo 7269, dando **POSITIVO PARA GRADO 0.** El vehículo es inmovilizado en la móvil 4 a los patios de Intrasog y el conductor notificado personalmente de la orden comparendo se le entregan copias de, entrevista, formato de interpretación de resultados y formato de retención preventiva de licencia de conducción, copia de la tirilla de resultados y copia de la orden de comparendo. El procedimiento queda grabado en la BodyCam de la unidad 025. El conductor nunca aporto licencia de conducción física.

Anexos:

- Copia lista de chequeo Anexo 3
- Copia tira blanco fase pre analítica
- Copia orden de comparendo
- Original tirilla de resultados
- Formato entrevista Anexo 5
- Formato interpretación de resultados
- Certificado idoneidad

RECIBI
25-11-25
0800

- Certificado calibración alcohosensor

GERMÁN CUESTA
Agente 046

INTRASOG	FORMATO	Código: PSIG -CAL– F - 07
	ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN CON ALCOHOSENSOR	Fecha aprobación: 05/09/2025 V. 2 Página: 1 de 1

ANEXO 5

FECHA DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA: DÍA: 14. MES: 11. AÑO: 2025. HORA: 21 + 57.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EXAMINADO: Eder Leandro Alarcon Torres.

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DEL EXAMINADO: CC N°: 1007730444.

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN: Cra 20 calle 1A.

PREGUNTAS		SI	NO	NO SABE NO RESPONDE
	a. ¿Ha ingerido licor en los últimos 15 minutos?	X		
	b. ¿Ha fumado en los últimos 15 minutos?	X		
	c. ¿Ha utilizado aerosoles bucales en los últimos 15 minutos?		X	
	d. ¿Tiene en este momento algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc.)?		X	
	e. ¿Ha vomitado en los últimos 15 minutos?		X	
	f. ¿Ha eructado en los últimos 15 minutos?		X	


Se ha informado al **CONDUCTOR** de forma precisa y clara: "(i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, las diferencias entre ellas y la forma de controvertirlas, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (v) el trámite administrativo que debe surtirse con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo que se inicia con la orden de comparendo y todas las demás circunstancias que aseguren completa información por parte del conductor requerido, antes de asumir una determinada conducta al respecto". SÍ: X. NO: ____. No aplica ____.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL EXAMINADO:

CC.: 1007730444 de Sogamoso.

HUELLA DACTILAR DEL EXAMINADO



NOMBRES Y APELLIDOS DEL OPERADOR: German Cuervo

CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.: 1057595854 de Sogamoso.

INTRASOG	FORMATO	Código: PSIG -CAL– F - 07
	DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA MEDICIÓN DE ALCOHOLEMIA A TRAVÉS DE AIRE ESPIRADO	Fecha aprobación: 05/09/2025 V. 2
		Página: 1 de 1

ANEXO 7

ALCOHOSENSOR

MARCA:	MODELO:	NÚMERO DE SERIE:
Intoximeters	VXL	020397

MEDICIONES

Nro. CONSECUTIVO **1ra.** (MEDICIÓN)	VALOR **1ra.** MEDICIÓN
7268	A2
Nro. CONSECUTIVO **2da.** (MEDICIÓN)	VALOR **2da.** MEDICIÓN
7269	44

CONCLUSIÓN: Positivo grado cero

FIRMA DEL EXAMINADO:

HUELLA DACTILAR DEL EXAMINADO



C.C. Nº: 4001239944 de Nobsa

El resultado de alcoholemia presentado fue obtenido por un operador que cumple con los requisitos de competencia para llevar a cabo la determinación indirecta de alcoholemia; la calibración del alcohosensor se encuentra vigente en el momento de realizar el análisis; se usaron los procedimientos indicados en la "Guía para la medición indirecta a través de aire espirado" (Resolución 1844 del 2015-12-18 expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses acatando las instrucciones del fabricante para el uso del equipo).

NOMBRES Y APELLIDOS DEL OPERADOR: German Cuesta Ruiz

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº.: 1057595154 de Sogamoso

FIRMA DEL OPERADOR: _____ CODIGO DEL OPERADOR: 016

INTRASOG	FORMATO	Código: PSIG -CAL– F - 07
	LISTA DE CHEQUEO	Fecha aprobación: 05/09/2025 V. 2
		Página: 1 de 1

ANEXO 3

FECHA DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA: DÍA: 14 MES: 11 AÑO: 2025.

MARCA: INTOXIMETERS. MODELO: UXL. SERIE: 020397.

ALCOHOSENSOR	SI	NO
1. ¿El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado? REGISTRE LA FECHA DE LA CALIBRACIÓN: 2025 / 06 / 17.	✓	
2. ¿La batería está cargada?	✓	
3. ¿La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente?	✓	
4. ¿Es correcta la configuración de fecha y hora?	✓	
5. ¿Hay repuesto de cinta y papel para la impresora?	✓	
6. ¿La cantidad de boquillas es suficiente?	✓	
7. ¿Está disponible el huellero?	✓	
8. ¿El equipo enciende correctamente?	✓	
9. ¿Están disponibles los formatos para entrevista?	✓	
10. ¿Están disponibles los formatos "Declaración de la aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la medición de alcoholemia a través del aire espirado"?	✓	
11. ¿El blanco da el resultado esperado?	✓	
12. Registre el resultado del blanco: Ensayo N°.: 7117.	Resultado: 0	

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN VERIFICA: IVAN EDUARDO RODRIGUEZ BARON.

CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.: 74.083.434 de SOGAMOSO.

CODIGO DEL AGENTE DE TRÁNSITO: 045.

Powered by CamScanner

AABCDEÉFGHIJKLMNÑOPQRSTUÚVWXYZaábcdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando correctemente

Alco-Sensor VXL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba:	7117
Número de Serie:	20397
Fecha:	14/11/2025
Hora:	16:42:49
Temperatura:	22.5°C
Versión de Software:	VS00717-B

RESULTADO:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	16:42:57
Sujeto	0	16:43:34

Volumen del Soplo: 3.11 L
Duración del Soplo: 8.26 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Identificación del Sujeto:
74083434

Identificación del Operador:
JR-97

Firma del Sujeto:

Localidad:
OSCAMOSO

ABCDEÉFGHIJKLMNÑOPQRSTUÚVWXYZaábcdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz..
- Impresora funcionando correctemente

Powered by CamScanner

JR-37

7A 093 434 SOS



Powered by CamScanner

SaraviaBravo

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-001

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE SARAVIA BRAVO S.A.S.

N° 0404-63025

***INFORMACIÓN DEL CLIENTE:**	
Razón Social:	Agencia Nacional de Seguridad Vial
Nit:	900.852.998-5
Dirección:	Avenida La Esperanza Calle 24 62 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9
Ciudad, Departamento, País:	Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	739 9080 - 310 613 8616
Correo Electrónico:	direccion.dci@ansv.gov.co
***INSTRUMENTO CALIBRADO:**	
Instrumento:	Alcoholímetro
Fabricante:	Intoximeters Inc.
Modelo:	AS V XL
Número Serial:	020397
Resolución:	1 mg/100mL
MÉTODO DE CALIBRACIÓN:	Comparación directa entre la lectura del instrumento y el Material de Referencia Certificado (Gas seco), validado internamente.
PROCEDIMIENTO APLICADO:	Procedimiento de calibración de alcoholímetros del método de aire espirado P-02-004 V04.
TRAZABILIDAD METROLÓGICA:	Las mediciones realizadas son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI). Adicionalmente fueron utilizados instrumentos para medición de las magnitudes de influencia, cuya trazabilidad al SI es garantizada a través de calibraciones realizadas en laboratorios acreditados ISO/IEC 17025:2017. Los materiales de referencia certificados ISO/IEC 17025:2017 e ISO 17034:2016 son producidos por Airgas USA, LLC., y se identifican en la siguiente página.
FECHA DE RECEPCIÓN:	2025-06-16 **FECHA DE CALIBRACIÓN:** 2025-06-17
FECHA DE EMISIÓN:	2025-06-19
LUGAR DE CALIBRACIÓN:	La calibración se realizó en las instalaciones de Saravia Bravo S.A.S., ubicadas en la Carrera 6 # 116-30 oficina 303-304.

AUTORIZÓ:

José Castañeda

Director Técnico de Laboratorio

*Esta información fue suministrada por el cliente y el laboratorio no se hace responsable de la misma.

Los resultados emitidos por el Laboratorio de Calibración de Saravia Bravo S.A.S., corresponden únicamente al instrumento calibrado que se relaciona en el presente certificado y las condiciones ambientales del momento en que se realizaron las mediciones.

El laboratorio no se hace responsable por el uso inadecuado del instrumento calibrado.

Se prohíbe la reproducción parcial de este certificado sin la respectiva aprobación del Laboratorio de Saravia Bravo S.A.S. Este documento es válido con la firma y sello seco.

SaraviaBravo

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-001

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE SARAVIA BRAVO S.A.S.

N° 0404-63025

MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS

Material de Referencia (MRC) :	MRC 1	MRC 4	MRC 6
Lote:	AG318404	AG427901	AG429102
Número de Tanque:	8	2	2
Concentración equivalente en mg/100 mL según la presión atmosférica del momento de la calibración en el laboratorio aplicando factor de conversión 2100:1 mg/100mL*	15	74	200

Nota: Los puntos en que se realiza la calibración fueron solicitados por el cliente. El laboratorio no se hace responsable de los puntos seleccionados.

*CONDICIONES AMBIENTALES:

Temperatura inicial:	23,2 °C	Temperatura final:	23,3 °C	Nota*: Las condiciones ambientales en el laboratorio durante la calibración se mantuvieron dentro de los límites de especificación del método de calibración.
Humedad Relativa inicial:	54,1 %	Humedad Relativa final:	53,8 %	
Presión atmosférica inicial:	749,2 hPa	Presión atmosférica final:	749,0 hPa	

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

MRC	CONCENTRACIÓN SEGÚN CORRECCIÓN POR PRESIÓN ATMOSFÉRICA mg/100mL*	PROMEDIO DE INDICACIONES DEL INSTRUMENTO EN mg/100mL*	ERROR mg/100mL*	k=	INCERTIDUMBRE (U) EXPANDIDA mg/100mL*
MRC 1	15	13	-2	2,01	1
MRC 4	74	73	-1	2,03	2
MRC 6	200	204	4	2,04	3

*mg/100mL: miligramos de etanol/100 mililitros de sangre equivalente

OBSERVACIONES

Sin observaciones.

Tecnología para la Seguridad Vial

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de medición declarada se expresa como la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura "k", de modo que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente el 95%. La incertidumbre expandida declarada es redondeada por exceso en concordancia con la resolución del ítem bajo calibración.

FIN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Se prohíbe la reproducción parcial de este certificado sin la respectiva aprobación del Laboratorio de Saravia Bravo S.A.S. Este documento es válido con la firma y sello seco.

Carrera 6 No. 116-30 Oficina 303-304. Tels. 6296494/6296506/6296393. E-mail: calibracion@saraviabravo.com
Web: www.saraviabravo.com
Bogotá, Colombia


Calibrado
Cert. Nº 0404-63025
Fecha 2025-06-17
ONAC
SaraviaBravo
Serial: 020397
ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-001

La movilidad es de todos | Mintransporte

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Universidad del Rosario

LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Y EDUCACIÓN CONTINUA - CONSULTORÍA

Otorgan el presente

Certificado a:

GERMAN ANDRES CUESTA RUIZ

No. 1057595854

Por su participación en el curso en ***MANEJO DE EQUIPOS PARA LA DETECCIÓN DE ETANOL ESPIRADO***, realizado entre el 20 y el 24 de octubre de dos mil veintidós (2022), con una intensidad de veinticuatro (24) horas académicas.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022).

LAURA VICTORIA GARCÍA MATAMOROS
Decana
Facultad de Jurisprudencia

MARIA CLAUDIA ROJAS ALVAREZ
Gerente
Educación Continua y Consultoría

Real Cédula del 31 de diciembre de 1651 - Resolución 58 del 16 de septiembre de 1895
Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional
Código 10646-12

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	20/02/2019	Creación del documento	Líder SIG	Líder SIG	Director
02	01/12/2020	Cambio de logo y estructura documento	Líder SIG	Director	Director
03	14/12/2022	Se incluyen logos de ICONTEC –SGS	Líder SIG	Director	Director
04	06/08/2024	Cambio de logo	Profesional Calidad	Director	Director

Sogamoso, 1 de diciembre de 2025

Recibido
01-Dic-2025

OFICIO IT No. 1725

Doctor:
MAURICIO AVELLANEDA MESA
Jefe Unidad Técnica Operativa.

REFERENCA: RETENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR EMBRIAGUEZ.

Respetado Doctor Avellaneda, reciba un cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su Dependencia información acerca de la **RETENCIÓN PREVENTIVA**, de la licencia de conducción No. **1002739944,** Correspondiente al señor **EDER LEANDRO ALARCON TORRES,** identificado con la cedula No. **1002739944,** lo anterior en razón al procedimiento efectuado el 14 de noviembre de 2025, donde se elaboró la orden de comparendo No. **15759000000053689967** por el Agente de Tránsito **GERMAN ANDRES CUESTA RUIZ** a quien obraba como conductor del vehículo de placas **CXK-418**, por infringir presuntamente las normas de tránsito específicamente la codificación **"F. *Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.*" F-0.**

Solicito se de aplicación a lo determinado por la Ley 1696 de 2013 en el artículo 5 parágrafo 2. ***"En todos los casos enunciados, la autoridad de tránsito o quien haga sus veces, al momento de realizar la orden de comparendo procederá a realizar la retención preventiva de la licencia de conducción que mantendrá hasta tanto quede en firme el acto administrativo que decide sobre la responsabilidad contravencional. La retención deberá registrarse de manera inmediata en el RUNT."***

A continuación, se relacionan los datos donde se indica la información clara y precisa.

LICENCIA No.	**1002739944**
NOMBRE	**EDER LEANDRO ALARCON TORRES**
CATEGORIA	A2 25/02/2031 B1 19/11/2031
COMPARENDO	**15759000000053689967**
FECHA COMPARENDO	14 de noviembre de 2025
HORA	10:25:37 PM
GRADO	**F-0**
FECHA DE REPORTE A INSPECCIÓN	24 de noviembre de 2025
FECHA DE CARGUE COMPARENDO	14 de noviembre de 2025
AGENTE DE TRANSITO	GERMAN ANDRES CUESTA RUIZ


Agradeciendo su colaboración.

ELIZABETH CARMENZA JAIMES RAMÍREZ
INSPECTORA DE TRÁNSITO


Proyectó: Daniel Medina-Abogado Contratista
Revisó: Elizabeth Jaimes Ramírez-Inspectora INTRASOG

IN TIPO [illegible] SOGAMOSO INTRA
OG
ORDEN DE COMPARENDO UNICO NACIONAL
ORDEN DE COMPARENDO: 15790000000053689967
1. Fecha y hora: 2025-11-14 22:25:37
2. Lugar de la infracción: Carrera 20
calle 14 Sogamoso
3. Placa: OXK418
4. Matriculado en: Bogotá D.C.
5. Código de infracción: F
Conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se atenderá a lo establecido en el artículo 152 de este código
6. Clase de servicio: PARTICULAR
7. Tipo de Vehículo: AUTOMOVIL
8. Radio de acción:
9. Modalidad de Transporte:
9.1 Transporte de Pasajeros:
10. Datos del infractor
Identificación: Cedula Ciudadanía
1002739944
Licencia N°: 1002739944
Categoría: C1
Expedición: 19-11-2021
Vencimiento: 19-11-2024
Nombre: EDER LEANDRO ALARCON TORRES
Dirección: CARRERA 17 N. 4-08
Edad: 34
Teléfono: 3145096
Celular: 3145096237
Municipio: Sogamoso
Autorizo a la autoridad de tránsito para que se le notifique vía correo electrónico a la siguiente dirección:
Correo electrónico:
11. Tipo infractor: CONDUCTOR
12. Licencia de Tránsito:
10036237184
13. Propietario
Identificación: Cedula Ciudadanía 46359915
Propietario: MARIA NELLY TORRES VERDUGO
14. Datos de la empresa
Empresa:
NIT:
Tarjeta de Operación:
15. Datos del agente de tránsito
Agente de tránsito: GERMAN ANDRES [illegible] RUIZ
Placa: 046
Entidad: SECRETARIA
Nota: EL AGENTE DE TRANSITO QUE RECIBA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DINERO O DADIVAS PARA RETARDAR O OMITIR ACTO PROPIO DE SU CARGO, O DE IGUAL FORMA, AL EXTENDER DOCUMENTO PUBLICO, CONSIGNE UNA FALSEDAD DE CALLE TOTAL O PARCIALMENTE LA VERDAD INCURRIRA EN LA SANCION PREVISTA EN EL CODIGO PENAL (CONCUSION CONECHO O FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO).
16. Datos de inmovilización
Patio N°:
Dirección: intrasog
Placa Grua: MOV4
Consecutivo:
Información adicional de la infracción:
EL CONDUCTOR SE DEBE PRESENTAR DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES ANTE EL INSTITUTO DE TRANSITO DE SOGAMOSO EN LA DIRECCION CARRERA 1 # 1-45
El valor de la infracción, el tiempo de inmovilización, servicio comunitario y suspensión o cancelación de licencia, dependen de la reincidencia y podrán validarse con el organismo de transito.
Miligramos de alcohol:
Grados de alcoholemia: 0
Estado droga: Negativo
17. Observaciones del agente de tránsito
conductor requerido en puesto de control positivo para grado cero por aire expirado no Porta licencia de conduccion se identifica a través de la cédula el procedimiento queda grabado en la bodycam de la unidad 25.
18. Datos del testigo
Identificación:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Firma de agente bajo gravedad de juramento



Presunto infractor



ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUUVWXYZaab
cdeefghiijklmnñoopqrstuüüvuxyz.,
- Impresora funcionando
correctemente

Alco-Sensor VAL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba: 7268
Número de Serie: 20397
Fecha: 14/11/2025
Hora: 22:14:12
Tempe 19.5°C
Versio. uware: VS00717-B

RESULTADO 1:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	22:14:20
Sujeto	42	22:15:13

Volumen del Soplo: 1.90 L
Duración del Soplo: 6.43 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Número de Prueba: 7269
Número de Serie: 20397
Fecha: 14/11/2025
Hora: 22:17:21
Temperatura: 19.3°C
Versión de Software: VS00717-B

RESULTADO 2:

Tipo	mg/100ml	Hora
Blanco	0	22:17:29
Sujeto	44	22:17:54

Volumen del Soplo: 2.10 L
Duración del Soplo: 9.90 seg

Estatus de la Prueba: Exitoso

Identificación del Sujeto:
1002739944

Identificación del Operador:
1057595854

Firma del Sujeto:

Localidad: